

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

tlen ciekły 3.5

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania zgodne z:

Kartą Danych Produktu – dokument Messer Polska: Q_KJ_410.

Zawartość tlenu, % (V/V), nie mniej niż	99,95
Zawartość azotu i argonu, % (V/V), nie więcej niż	0,04
Zawartość wilgoci, %(V/V), nie więcej niż	0,0002

Dokument wystawiony elektronicznie nie wymaga podpisu.

Niniejsza Deklaracja Zgodności została opracowana zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.